

成都市新津区中医医院

2026 年医疗设备全保服务采购项目

询预算价公告

各潜在供应商：

根据医院业务需要，我院拟采购 2026 年医疗设备维修全保服务采购项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

一、公司情况介绍

- 1、公司相关业务情况、业绩简介（包含公司技术服务团队人员资质、提供三个及以上医院维保服务业绩）
- 2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

二、报名要求

- 1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办（医院行政办公区二楼）。
- 2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件 2）
- 3、提供电子版报价资料和相关服务方案资料，以便医院甄选使用（本项目需 Excel 电子报价，U 盘单独密封递交）
- 4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

三、本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

四、其他事项

1、报名资料接收时间：（2026年3月27日-2026年3月30日；文件接收截止日期：2026年3月31日16:00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院；地址：成都市新津区西创大道1389号。

3、报名联系人：潘老师、周老师 028-82526150；项目咨询联系人：刘老师，17761196062。

4、报名供应商可通过邮箱 845865477@qq.com 报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（加盖公章）。

附件 1：采购需求及技术服务要求

★包二：层流设备全保服务				
序号	设备名称	总数量	单位	维保类别
1	手术室层流	7+1（备用）	间	全保
2	供应室	1	间	全保
3	ICU	1	间	全保
4	PCR 实验室	1	间	全保
5	肿瘤科	1	间	全保
6	洗浆房	1	间	全保
合计：13 间				

层流净化系统过滤器更换清单

序号	项目	规格型号	单位	单次更换使用量	备注
1	初效过滤器	初效过滤器 287*592*46mm	个	9	手术室
2	初效过滤器	初效过滤器 490*592*46mm	个	9	
3	初效过滤器	初效过滤器 592*592*46mm	个	4	
4	初效过滤器	初效过滤器 490*490*46mm	个	2	
5	中效过滤器	中效过滤器 287*592*381mm	个	9	
6	中效过滤器	中效过滤器 490*592*381mm	个	9	
7	中效过滤器	中效过滤器 592*592*381mm	个	4	
8	中效过滤器	中效过滤器 490*490*381mm	个	2	
9	亚高效过滤器	亚高效过滤器 490*287*292mm	个	3	
10	亚高效过滤器	亚高效过滤器 490*592*292mm	个	4	
11	高效过滤器	高效过滤器 610*305*350mm	个	16	
12	高效过滤器	高效过滤器 610*305*292mm	个	20	

13	高效过滤器	高效过滤器 484*484*90mm	个	20	ICU
14	高效过滤器	高效过滤器 320*320*90mm	个	11	
15	初效过滤器	初效过滤器 287*592*46mm	个	1	
16	初效过滤器	初效过滤器 490*592*46mm	个	1	
17	中效过滤器	中效过滤器 287*592*381mm	个	1	
18	中效过滤器	中效过滤器 490*592*381mm	个	1	
19	亚高效过滤器	亚高效过滤器 287*592*292mm	个	1	
20	亚高效过滤器	亚高效过滤器 490*592*292mm	个	1	
21	初效过滤器	初效过滤器 520*790*46mm	个	2	PCR 实验室
22	中效过滤器	中效过滤器 520*790*381mm	个	2	
23	高效过滤器	高效过滤器 484*484*90mm	个	5	
24	高效过滤器	高效过滤器 320*320*90mm	个	3	
25	初效过滤器	初效过滤器 490*592*46mm	个	1	肿瘤科
26	中效过滤器	中效过滤器 490*592*381mm	个	1	
27	亚高效过滤器	亚高效过滤器 490*287*292mm	个	2	
28	初效过滤器	初效过滤器 490*592*46mm	个	1	洗浆房
29	中效过滤器	中效过滤器 490*592*381mm	个	1	
30	亚高效过滤器	亚高效过滤器 490*287*292mm	个	2	
31	初效过滤器	初效过滤器 287*592*46mm	个	2	消毒供应中心
32	初效过滤器	初效过滤器 490*592*46mm	个	1	
33	中效过滤器	中效过滤器 287*592*381mm	个	2	
34	中效过滤器	中效过滤器 490*592*381mm	个	1	
35	亚高效过滤器	亚高效过滤器 287*592*292mm	个	2	
36	亚高效过滤器	亚高效过滤器 490*592*292mm	个	2	

二、全保服务要求

序号	设备位置	设备信息	具体要求
1	麻醉手术中心	品牌：浙江国祥 数量：6 台净化空调机组、 1 台新风预处理机组及 4 台 风冷热泵模块机 状态：正常使用 启用年份：2019 年	1、维保内容包含层流净化系统(通风系统、水循环系统、电气控制和显示系统等)的维修保养以及初、中、高效过滤器、回风滤网的定期清洗更换。 2、维保质量要求及方案设计要求严格按照

序号	设备位置	设备信息	具体要求
2	重症医学科	品牌：浙江国祥 数量：1 台新风预处理机组 状态：正常使用 启用年份：2019 年	<p>《医院消毒卫生标准》GB15982-2012、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013、《医院空气净化管理规范》WS/T368-2025 相关技术文件及规范上规定的要求进行维修保养，定期监测，确保全天候温湿度、风量、压差、尘埃粒子等主要指标符合国家相关标准；同时符合医院麻醉手术中心、重症医学科、肿瘤科、检验科 PCR 室、消毒供应中心、洗浆房竣工图设计规范。</p> <p>3、初效过滤器每 2 个月更换一次；中效过滤器每 3 个月更换一次；亚高效每 6 个月更换一次；末端高效过滤器应每年检查一次,当阻力超过设计初阻力 160Pa、已经使用 3 年以上时或尘埃粒子数据临近《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 标准时更换一次。初效过滤器每月清洗一次。</p> <p>4、每季度对麻醉手术中心；检验科 PCR 实验室的层流净化空调系统进行一次全面的维护保养和技术指标检测，包括洁净室洁净区域的洁净度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、照度的检测，并附《洁净室数据自检报告》《维护保养报告》。</p> <p>5、每季度对重症医学科、肿瘤科、洗浆房、消毒供应中心新风机组系统进行一次全面的维护保养和技术指标检测，并出具《维护保养报告》。</p> <p>6、检测报告、保养报告均一式 3 份，检测保养完成后 5 个工作日内提交报告。</p> <p>7、服务期内更换的所有零配件、耗材均须为全新原厂件或同品质全新正品件，严禁使用翻新件、拆机件、返修件及非合格配件。更换前须向医院提供对应配件的厂家资质、合格证明、供货来源等相关资料，经医院确认后方可更换。</p> <p>8、响应时间：工作日在接到报修后 30 分钟内响应并在 1-2 小时到达故障现场，周末及国家法定节假日在 2-3 小时到达现</p>
3	肿瘤科	品牌：浙江国祥 数量：1 台新风预处理机组 状态：正常使用 启用年份：2019 年	
4	检验科 PCR 室	品牌：奥克斯 数量：1 台全新风直喷氟系统空调机组 状态：正常使用 启用年份：2022 年	
5	洗浆房	品牌：浙江国祥 数量：1 台新风预处理机组 状态：正常使用 启用年份：2019 年	

序号	设备位置	设备信息	具体要求
6	消毒供应中心	品牌：浙江国祥 数量：1台新风预处理机组 状态：正常使用 启用年份：2019年	场。 9、保障服务设备年度开机率不低于95%(按365天计算，非供应商原因造成的停机除外)。若实际开机率未达到95%，每低于约定标准1天，扣除该台设备年度维保费用日均金额的1.5倍；连续停机超过7天或年度累计停机超过30天的，医院有权单方解除本合同，且不予支付剩余维保费用。
备注	<p>1、本项目为整机全保维修服务。</p> <p>2、全保服务要求：①无需供应商提供驻场服务，故障报修时及时响应，采用电话、微信、视频、远程指导方式指导解决故障，如上述方式无法解决的故障，必须在1小时内达到现场处理；②供应商需常备常见故障所需的常用零配件，保证故障时及时更换，大件零配件最迟不超过72小时到货，货到后2小时内到场解决故障。③中标供应商提供不限次数的上门维修、应急故障处理、日常巡检、定期保养及预防性维护等全流程服务。④服务期内设备所需的所有零配件、耗材及与之相关的工时、交通等全部费用，均由中标供应商全额承担，医院无需支付任何额外费用。⑤中标供应商须严格按照设备原厂技术标准及维护保养规程开展服务，确保设备始终处于良好稳定运行状态，最大限度保障设备使用效率与使用寿命。</p> <p>3、因检测不合格造成院感或医疗事故，医院有权追究相关责任。</p> <p>4、参与调研单位，对以上内容表述不明或有异议的，可与我院联系进行现场查看</p> <p>5、供应商需承诺保证本项目涉及设施设备年度运行率不低于95%(按365天计算，因停电、市政配套、医院基建改造、不可抗力及非供应商原因造成的停机除外)。若年度运行率未达到约定标准，每低于标准1天，按以下方式执行扣款与赔偿： ①扣除相关设施设备产生的间接或直接经济收益金额作为当日维保费用；②同时按该设施设备直接间接日均收入向医院支付赔偿收益金。③计算公式：当日总扣款金额=①+② 所有费用均从年度维保费用中直接抵扣。</p>		

二、考核表

1、服务期限：三年，合同一年一签，考核合格后续签下一年度合同。连续两个月考核不合格的按总成交金额90%支付服务费用，累计考核3个月不合格的医院有权

取消合同，服务商不得有异议。

2、考核表：

序号	具体考核内容	分数	扣分标准	扣分结果	备注
1	签订合同后1个月内提供设备全年维保计划及实施方案，未按时提供的扣10分	10分	未提供扣10分		
2	每两个月巡检定期保质保量完成并上交巡检记录，未定期完成的。	10分	查见一次扣2分		
3	工作日或节假日值班通讯工具未保持畅通，未及时回复报修或及时到场处理的（微信或电话回复超过30分钟）	10分	查见一次扣2分		
4	科室紧急维修未能及时处理，严重影响科室医疗或造成科室负责人投诉的	10分	查见一次扣2分		
5	因维修维保业务不精，导致医疗设备损坏的（视情况按规定赔偿）	10分	查见一次扣2分		
6	按原厂设备维保标准要求，开展年度保养相关工作并按时提交保养记录。保养时间以年度末最后12月20号为准。	10分	查见一次扣10分		
7	报修群及时回复并及时远程视频处理，必要时到现场处理。回复不超过30分钟，如需到现场时间以2小时为准。未及时到场或未做有效沟通的。	10分	查见一次扣2分		
8	维修工程师违反消防安全、生产安全操作的行为，情节严重的退回维保公司	10分	查见一次扣2分		
9	需要寄回原厂（第三方）维修处理的医疗设备，未跟科室相关人员（或护士长）确认故障设备状态，或维修周期比较长的未跟科室管理人员沟通好维修周期或未备好备用设备器械	10分	查见一次扣2分		
10	节假日未做好排班工作安排，影响临床一线工作的	10分	查见一次扣2分		
合计	得分：				

★包三：影像、镜子、呼吸麻醉类设备全保服务

一、设备清单

1、影像设备全保服务清单

序号	设备名称	生产厂家	总数量	单位	使用科室	维保类型
1	牙科 X 射线机	宁波蓝野	1	台	口腔科	全保
2	牙科 CT	岛光	1	台	口腔科	全保
3	医用诊断 X 射线机（动态胃肠 DR）	珠海普利德	1	台	放射科	全保
4	乳腺钼靶机	北京普标特	1	台	放射科	全保
5	高压注射器	MEDTRONAG	1	台	放射科	全保
6	数字化医用 X 射线摄影系统	通用	1	台	放射科	全保
7	数字化医用 X 射线摄影（DR）	南京普爱	1	台	老区放射科	全保
8	高频移动式手术 X 射线机	南京普爱	1	台	手术室	全保
9	移动式 C 型臂 X 射线机	南京普爱	1	台	手术室	全保
10	骨密度仪（双能 X 射线）	OSTEOSYS. C O. LTD	1	台	体检科	全保
11	医用血管造影 X 射线机	西门子	1	台	介入室	全保
12	放射类设备	/	13	台	/	定期性能检测
设备数量合计：11 台/套（性能检测设备除外）						

2、超声类设备全保服务清单

序号	设备名称	生产厂家	总数量	单位	使用科室	维保类型
1	彩色多普勒超声诊断仪（妇产四维）	飞利浦	1	台	彩超室	全保
2	彩色超声诊断仪（全身机）	飞利浦	2	台	彩超室	全保

3	彩色超声诊断系统（心脏、血管）	飞利浦	1	台	彩超室	全保
4	便携式彩色多普勒超声系统	迈瑞	1	台	彩超室	全保
5	彩色多普勒超声系统	美国西门子	1	台	彩超室	全保
6	超声经颅多普勒血流分析仪	深圳德力凯	1	台	彩超室	全保
7	眼科 AB 超	索维	1	台	五官科	全保
8	彩色超声诊断系统（便携机）	飞利浦	1	台	手术室	全保
9	彩色多普勒超声诊断仪	东软	1	台	ICU	全保
10	超声诊断仪（A 超）	三星麦迪逊	1	台	泌尿外科	全保
设备数量合计：11 台/套						

3、呼吸麻醉类设备全保服务清单

序号	设备名称	生产厂家	总数量	单位	使用科室	维保类型
1	急救转运呼吸机	深圳市科曼	3	台	急诊	全保
2	转运呼吸机	北京谊安	7	台	急诊	全保
3	呼吸机	德尔格	2	台	急诊	全保
4	有创呼吸机	迈瑞	1	台	ICU	全保
5	高端无创呼吸机	北京谊安	1	台	ICU	全保
6	无创呼吸机	凯迪泰	5	台	ICU	全保
7	无创呼吸机	北京谊安	1	台	ICU	全保
8	呼吸机（主机部分）	北京谊安	2	台	ICU	全保
9	呼吸机	北京谊安	5	台	ICU	全保
10	呼吸机	德尔格	4	台	ICU	全保
11	转运呼吸机	宏济	2	台	ICU	全保
12	无创呼吸机	苏州凯迪泰	8	台	肺病科	全保
13	有创呼吸机	德尔格	1	台	肺病科	全保
14	麻醉机	德尔格	7	台	麻醉科	全保
设备数量合计：49 台/套						

4、镜子类设备全保服务清单

序号	设备名称	生产厂家	总数量	单位	使用科室	维保类型
1	麻醉视频喉镜	深圳市宏济	1	台	急诊科	全保
2	胃肠镜主机加镜子（7根镜子）	富士	2	套	内镜室	全保
3	LED 医用内窥镜冷光源	杭州大力神	1	台	内镜室	全保
4	电子支气管镜	宾得	1	台	内镜室	全保
5	高频电外科系统氩等离子体凝固器	爱尔博	1	台	内镜室	全保
6	喉镜	欧曼	6	台	五官科	全保
7	医用内窥镜摄像系统	世音光电	1	台	五官科	全保
8	耳内窥镜	澳光	2	台	五官科	全保
9	鼻镜	欧曼	6	台	五官科	全保
10	麻醉可视喉镜	深圳宏济	2	台	ICU	全保
11	麻醉可视喉镜	宏济	4	台	麻醉科	全保
12	等离子电切镜	奥林巴斯	1	台	麻醉科	全保
13	尿道膀胱镜	（好克）	1	台	麻醉科	全保
14	胆道镜	奥林巴斯	1	台	手术室	全保
15	4K 荧光内窥镜摄像系统	浙江华诺康	1	台	手术室	全保
16	胸腹腔内窥镜（高清斜面镜）	WA53005A	2	套	手术室	全保
17	动力系统（关节镜器械及动力系统）	奥林巴斯	1	套	手术室	全保
18	输尿管肾镜	杭州好克	2	台	手术室	全保
19	输尿管内窥镜（小儿输尿管镜）	珠海市和维克	1	台	手术室	全保
20	输尿管内窥镜（普通输尿管镜）	珠海市和维克	1	台	手术室	全保
21	椎间孔镜	JOMAX	1	台	手术室	全保
22	高清电子腹腔镜主机加镜子	奥林巴斯	3	套	手术室	全保
23	支撑喉镜	浙江优忆	3	台	手术室	全保

24	手术室无影灯	正华、科菱、福利	7	台	手术室	全保
25	奥林巴斯腹腔镜光源	奥林巴斯	3	台	手术室	全保
26	高频电外科系统	爱尔博	2	台	手术室	全保
27	医用内窥镜摄像系统(宫腔检查镜)	欧曼	2	套	妇科/五官科	全保
28	电子阴道镜	理邦	1	台	妇科	全保
29	可视支气管镜	上海澳华	1	台	肺病科	全保
30	医用内窥镜摄像系统	江苏欧曼电	2	台	泌尿外科/五官科	全保
31	输尿管镜	沈阳沈大	1	台	泌尿外科	全保
设备数量合计：64 台/套						

二、全保服务要求

1、★本项目为整机全保维修服务，全保服务要求如下：服务期内，由中标供应商提供驻场服务，包含不限次数的现场上门维修维保、应急故障处理、日常巡检、定期保养及预防性维护等全流程服务。服务期内设备所需的所有零配件、耗材及与之相关的工时、交通等全部费用，均由中标供应商全额承担，医院无需支付任何额外费用。供应商需常备常见故障所需的常用零配件，保证故障时及时更换，大件零配件最迟不超过 72 小时到货，货到后 2 小时内到场解决故障。中标供应商须严格按照设备原厂技术标准及维护保养规程开展服务，确保设备始终处于良好稳定运行状态，最大限度保障设备使用效率与使用寿命。（单独提供承诺函并加盖供应商公章）

2、**档案管理：**完成每年度维保计划（签订合同后首月 15 号前提交电子、纸质版），每月的巡检记录（完成后 10 日内，提交电子、纸质版），每季度维保记录（完成后 15 日内提交电子版、纸质版）。

★3、维保服务期内，按照放射类设备检测周期要求进行性能、辐射、稳定性检测，并提供检测报告，报告必须由具有国家认可资质的第三方检测机构出具，费用包含在本次项目报价中。**提供承诺函并加盖供应商公章**

★4、预防性维护保养每年 4 次，按每季度一次执行；定期设备巡检，按每月 1 次执行，保证设备处于最佳运行状态。

5、协助医院完成医疗设备定期盘存、报废、计量、固资管理等相关工作。

6、工作消防安全及人身安全要求：中标公司是消防安全、生产安全的第一责任

人，按照相关管理制度及要求执行，如因中标公司原因造成医院的人生及财产损失由中标供应商承担。

★7、工作纪律要求：驻场人员上班时按医院行政职能部门上下班时间执行，凡是违反医院上下班考勤及病事假制度的按考核细则执行。（考核细则详见附件）

8、每年根据医院需求提供至少一次日常操作和维护等相关知识进行专题培训，并提供培训记录，包括培训项目、培训目的、实施形式、培训对象、课件目录、授课人、签到表等。具体时间以采购人要求为准。

9、服务期内更换的所有零配件、耗材均须为全新原厂件或同品质全新正品件，严禁使用翻新件、拆机件、返修件及非合格配件。更换前须向医院提供对应配件的厂家资质、合格证明、供货来源等相关资料，经医院确认后方可更换。

10、设备年度有效开机率不低于 95%（按 365 天计算，因停电、市政配套、医院基建改造、不可抗力及非供应商原因造成的停机除外）。若年度开机率未达到约定标准，每低于标准 1 天，按以下方式执行扣款与赔偿：1. 扣除该台设备年度维保费用折算的当日维保费用；2. 同时按该台设备日均收入向医院支付赔偿金。计算公式：当日总扣款金额=该设备日均维保费用+该设备日均收入。所有费用均从年度维保费用中直接抵扣。

三、全保服务内容：

1、镜子类设备维修期间须提供同规格、同型号备用镜子供临床使用；其他设备维修时按科室要求准备相同型号的备用设备，以采购人实际设备情况为准。

★2、安全检查按照厂家设备标准及当地规定执行（内容包含：系统性的检查和精细保养，其中包括设备的安全检查、影像质量检查、运行状态检查、设备校准、性能测试和调整、必要的机械或电气检查、非紧急性质的预防性维护以及设备清洁和确保系统能按照制造商的产品规格进行的其它维护）

3、定期维护保养包括：机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查、对设备重要数据进行备份、确保设备按照制造商产品标准运行。

四、全保技术团队要求

★1、人员要求：具备专业的服务支持团队，供应商提供驻场服务人员 2 名，且提供后台支持团队配置维修技术人员 3 名，项目主管 1 名，运营系统人员 1 名，档

案管理人员 1 名。在不影响医院紧急维修工作的情况下，供应商可根据公司需要定期召回学习培训，提高服务能力；在召回前需要提出申请，经院方同意并安排相同服务能力人员完成工作交接后，方可进行召回培训；人员到院后严格按照我院的规章制度，按时上下班、值班、着装等要求执行；（提供有效的学历证明及工作经历承诺函）。

★2、驻场人员需至少具有本科学历，为医疗设备相关专业或电气自动化专业，具有医疗机构设备驻场维修相关经历。（提供有效的学历证明复印件、及工作经历承诺函）。

★3、相关人员入驻医院后，对全院合同内设备（以实际为准）进行日常维修保养工作。实行 7*24 小时服务热线，在线响应客户需求，接到报修后即刻响应，驻场工程师在工作时间 10 分钟内到场，周末及国家法定节假日安排值班人员，保证医院有工程师驻场。如遇到特殊故障，专业工程师正常情况 24 小时内到达医院现场；（提供承诺函）。

4、设有备件库房，储备原厂配件，根据医院需求最迟 2 小时内提供备件到场服务。

5、根据服务设备使用情况，编制医疗设备的年度维护保养执行计划，确定维护保养的具体内容、周期并制定相应计划与流程，根据计划实施维护保养并做好相应记录，提供保养、巡检记录报告及保养报告，并将巡检及保养报告交医学装备部和使用科室存档。

6、维保公司维修过程中必须保证所保设备所有配件、设施的安全性，不能使故障范围扩大或造成不可挽回的损失，同时保证相关数据安全性。严禁泄露医院相关数据信息。

五、考核表

1、服务期限：三年，合同一年一签，考核合格后续签下一年度合同。连续两个月考核不合格的按总成交金额 90%支付服务费用，累计考核 3 个月不合格的医院有权取消合同，服务商不得有异议。

2、考核表：

序号	具体考核内容	分数	扣分标准	扣分结果	备注
----	--------	----	------	------	----

1	上班时间内未按时签到，或者有特殊原因未请假，不得擅自离岗、脱岗	10分	查见一人次扣2分		
2	每月巡检定期保质保量完成并上交巡检记录。未定期完成的，按台件次及拖延时间计算，1台件次1分，拖延1天计1分。	10分	查见一次规定扣分		
3	工作日或节假日值班通讯工具未保持畅通，未及时回复报修（微信或电话回复超过30分钟）	10分	查见一次扣1分		
4	科室紧急维修未能及时到达，积极妥善处置严重影响科室医疗或造成科室负责人投诉的	10分	查见一次扣5分		
5	因维修维保业务不精，导致医疗设备损坏的（视情况按规定赔偿）	10分	查见一次扣2分		
6	每季度设备维保定期保质完成。维护保养（拆卸清洗、零部件加固更换等）相关工作并上交保养记录。按台件次及拖延时间计算，1台件次1分，拖延1天计1分。	10分	查见一次规定扣分		
7	报修群及时回复并及时到场处理（不超过30分钟到科室），如果确有其他更急的维修处理事件应及时做好沟通告知科室相关人员（或护士长）说明大约多久到场处理。未及时到场或未做有效沟通的	5分	查见一次扣1分		
8	驻场工程师违反消防安全、生产安全操作的行为，情节严重的退回维保公司	5分	查见一次扣1分		
9	需要寄回原厂（第三方）维修处理的医疗设备，未跟科室相关人员（或护士长）确认故障设备状态，或维修周期比较长的未跟科室管理人员沟通好维修周期或未备好备用设备器械的	10分	查见一次扣2分		

10	未按要求每日巡查的急救设备、液氧站、空压机房、负压机房、二氧化碳机房、洗浆房等区域	10分	每次扣2分		
11	未按时每月巡查生命急救设备，未按时交资料的	5分	按拖延天数1天扣1分		
12	节假日未做好排班工作安排，影响临床一线工作的	5分	查见一次扣5分		
合计					

★包四：常规类等设备全保服务

一、设备清单

1、常规类设备全保清单

序号	设备名称	生产厂家	总数量	单位	使用科室	维保类型
1	自动洗胃机	天津同业	1	台	急诊科	全保
2	心肺复苏机	三埃弗	1	台	急诊科	全保
3	自动洗胃机	扬州慧科	1	台	急诊科	全保
4	二氧化碳监测仪	北京金嘉信商贸有限公司	1	台	急诊科	全保
5	胸腔按压器	苏州尚领医疗科技有限公司	1	台	急诊科	全保
6	手持式血液分析仪（负压救护车设备）	深圳理邦	3	台	急诊科	全保
7	电子体重秤	江苏苏宏	1	台	急诊科	全保
8	数字式心电图机	纳龙	1	台	急诊科	全保
9	急救车	瑞阳	4	台	急诊科	全保
10	电子血压计	欧姆龙	3	台	急诊科	全保
11	电动吸痰器	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	3	台	急诊科	全保

12	光子治疗仪	深圳普门科技股份有限公司	1	台	皮肤科	全保
13	脉冲激光治疗机	重庆京渝激光技术有限公司	1	台	皮肤科	全保
14	Q 开关 Nd: YAG 激光治疗仪	吉林省科英医疗激光有限责任公司	1	台	皮肤科	全保
15	高频电灼治疗仪	武汉高科恒大光电股份有限公司	1	台	皮肤科	全保
16	医用电子皮肤影像系统	广州创弘医疗科技有限公司	1	台	皮肤科	全保
17	高频离子手术治疗仪	武汉高科恒大光电股份有限公司	1	台	皮肤科	全保
18	超声牙周治疗仪	桂林懿可仕	1	台	口腔科	全保
19	牙根尖定位仪	上海弩速克	1	台	口腔科	全保
20	牙科综合治疗机	西诺	2	台	口腔科	全保
21	牙科电动无油空压机（拖 4）	江苏岱诺	1	台	口腔科	全保
22	牙科电动抽吸机	江苏岱诺	1	台	口腔科	全保
23	牙科种植机	佛山市思福特	1	台	口腔科	全保
24	移动式牙科治疗机	江苏岱洛	2	台	口腔科	全保
25	高速气涡轮手机	西诺	2	台	口腔科	全保
26	全自动内镜清洗消毒机	泰迪康医疗科技（江苏）有限公司	2	台	内镜室	全保
27	内镜清洗工作站	新华	3	台	内镜室	全保
28	内镜用二氧化碳送气装置	安杰思	1	台	内镜室	全保
29	支气管镜清洗工作站	迈尔	1	台	内镜室	全保
30	男性生理多参数检测仪	三维医疗	1	台	男科门诊	全保
31	男性功能检测仪	三维医疗	1	台	男科门诊	全保
32	男性性功能康复治疗仪	三维医疗	1	台	男科门诊	全保
33	精子采集分析仪	三维医疗	1	台	男科门诊	全保
34	前列腺治疗仪	江苏三维医疗科技股份有限公司	1	台	男科门诊	全保
35	高频肛肠治疗仪	杭州大力神医疗	1	台	肛肠科	全保

		器械有限公司				
36	生物刺激反馈仪	翔宇	1	台	肛肠科	全保
37	眼底照相机	拓普康	1	台	五官科	全保
38	裂隙灯显微镜	拓普康	2	台	五官科	全保
39	非接触式眼压仪	拓普康	1	台	五官科	全保
40	电脑角膜验光仪	拓普康	2	台	五官科	全保
41	耳鼻综合检查台	彭康电子	2	台	五官科	全保
42	耳鼻喉动力系统	美敦力	1	台	五官科	全保
43	听力计	丹麦尔	1	台	五官科	全保
44	耳声听阻抗测量仪	Medsen	1	台	五官科	全保
45	呼叫系统	士尔达	1	台	五官科	全保
46	耳鼻喉工作站	彭康电子	1	台	五官科	全保
47	眼科手术显微镜	拓普康	3	台	五官科	全保
48	高频离子手术治疗仪	成都利普电子科技有限公司	1	台	五官科	全保
49	多功能低频电子治疗仪	西安华亚电子有限责任公司	1	台	五官科	全保
50	等离子体手术系统	成都美创医疗科技股份有限公司	1	台	五官科	全保
51	数字式心电图机	纳龙	1	台	五官科	全保
52	眼科超声乳化治疗仪	眼力健	1	台	五官科	全保
53	视野计	同仁眼科	1	台	五官科	全保
54	超声眼科乳化玻切治疗仪(单玻切)	同仁眼科	1	台	五官科	全保
55	眼科半导体激光光凝机(810激光)	同仁眼科	1	台	五官科	全保
56	超声眼科乳化治疗仪(2套手柄4套手术器械)	同仁眼科	1	台	五官科	全保
57	眼科激光光凝仪(532激光,带裂隙灯)	同仁眼科	1	台	五官科	全保
58	眼科 Nd:YAG 激光治疗仪	同仁眼科	1	台	五官科	全保

59	光学相干断层扫描仪 OCT	同仁眼科	1	台	五官科	全保
60	电子体重秤	江苏苏宏	1	台	五官科	全保
61	眼科超声乳化治疗仪	同仁眼科	1	台	五官科	全保
62	血小板保存箱	山东三江医疗	1	台	检验科	全保
63	医用血液冷藏箱	海尔	10	台	检验科	全保
64	二氧化碳培养箱	上海跃进	1	台	检验科	全保
65	医用低温保存箱	海尔	1	台	检验科	全保
66	全自动血库系统	烟台爱德康	1	台	检验科	全保
67	医用低温箱	沈阳市医疗设备厂	1	台	检验科	全保
68	运输用培养箱	戴维	1	台	检验科	全保
69	生物安全柜	海尔	4	个	检验科	全保
70	生殖道分泌物分析仪	长沙爱威	1	台	检验科	全保
71	颈椎牵引器	河南翔宇	3	台	康复科	全保
72	脉冲磁场刺激仪	深圳英智科技有限公司	1	台	康复科	全保
73	床旁下肢智能主被动训练仪	河南翔宇医疗设备股份有限公司	2	台	康复科	全保
74	电子体重秤	江苏苏宏	1	台	康复科	全保
75	数字式心电图机	纳龙	1	台	康复科	全保
76	电动位移机	江苏绿柏智能科技有限公司	1	台	康复科	全保
77	便携式肺功能仪	赛智	1	台	体检科	全保
78	电子体重秤	江苏苏宏	1	台	体检科	全保
79	心血管功能测试诊断仪	合肥健桥	1	台	体检科	全保
80	高频电刀	北京英杰华	1	台	手术室	全保
81	医用钬激光	大华激光	1	台	手术室	全保
82	医用低温冰箱	海尔	1	台	手术室	全保
83	手术动力装置（电动颅骨钻）	重庆西山	1	台	手术室	全保

84	手术动力装置	重庆西山	1	台	手术室	全保
85	电动颅骨钻	天津津东希冀	1	台	手术室	全保
86	电动颅骨钻	重庆西山	1	台	手术室	全保
87	高频电刀利普刀	亚可达	1	台	手术室	全保
88	等离子体手术系统	成都美创	1	台	手术室	全保
89	蒸汽灭菌器	加拿大赛康公司	1	台	手术室	全保
90	医用灌注泵	杭州桐庐精锐医疗器械有限公司	1	台	手术室	全保
91	射频等离子手术系统	成都美创医疗科技股份有限公司	1	台	手术室	全保
92	医用加压器	杭州好克光电仪器有限公司	1	台	手术室	全保
93	胸腔按压机	苏州尚领医疗科技有限公司	1	台	ICU	全保
94	免疫荧光检测仪	广州万孚生物技术股份有限公司	2	台	ICU/急诊	全保
95	血气电解质分析仪	深圳市康立生物医疗有限公司	2	台	ICU	全保
96	颅内压检测仪	重庆名希	1	台	ICU	全保
97	静脉显像仪	康福尔电子	1	台	ICU	全保
98	降温毯	北京恒邦	2	台	ICU	全保
99	高流量氧疗机	湖南明康中锦	1	台	ICU	全保
100	负离子治疗仪	沈阳加华亚马逊医疗器械有限公司	1	台	ICU	全保
101	医用冷藏箱	青岛海尔生物医疗股份有限公司	1	台	ICU	全保
102	压缩式雾化器（高端超声雾化器）	欧姆龙大连有限公司	1	台	ICU	全保
103	超声雾化器	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	7	台	ICU	全保
104	呼吸湿化治疗仪	广州鲸科医疗科技有限公司	3	台	ICU	全保
105	充气升温装置	江门大诚医疗器械有限公司	3	台	ICU	全保
106	静脉显像仪	徐州康福耳电子科技有限公司	1	台	ICU	全保

107	连续性血液净化装置	百特医疗用品贸易（上海）有限公司	2	台	ICU	全保
108	数字式心电图机	纳龙	1	台	ICU	全保
109	电子体重秤	江苏苏宏	1	台	ICU	全保
110	电子血压计	欧姆龙	1	台	ICU	全保
111	心功能无创检测分析仪	重庆科发	1	台	ICU	全保
112	电动流产吸引器	江苏鱼跃	2	台	妇科门诊	全保
113	孔式手术无影灯	汕头市福利	6	台	妇科	全保
114	中医药定向透药治疗仪	江西晋瑞医疗设备有限公司	2	台	妇科	全保
115	高频电刀利普刀	北京市亚可康达医疗科技有限公司	1	台	妇科	全保
116	电子体重秤	江苏苏宏	1	台	妇科	全保
117	数字式心电图机	纳龙	1	台	妇科	全保
118	微波肿瘤热疗仪	江苏诺万	1	台	肿瘤科	全保
119	电子体重秤	江苏苏宏	1	台	肿瘤科	全保
120	数字心电图机	纳龙	1	台	肿瘤科	全保
121	立式透明门冷藏箱	澳柯玛	1	台	肿瘤科	全保
122	医用冷藏箱	海尔	1	台	肿瘤科	全保
123	双水平呼吸治疗仪	凯迪泰	2	台	肿瘤科	全保
124	孔式无影灯	汕头市福利	1	台	骨伤科	全保
125	数字心电图机	纳龙	1	台	骨伤科	全保
126	压缩雾化器	江西晶康宁医疗科技有限公司	2	台	骨伤科	全保
127	电子体重秤	江苏苏宏	1	台	骨伤科	全保
128	电子血压计	欧姆龙	1	台	骨伤科	全保
129	立式冷藏陈列柜	浙江星星	1	台	骨伤科	全保
130	上肢关节康复器	河南翔宇医疗设备股份有限公司	2	台	骨伤科	全保

131	下肢关节康复器	河南翔宇医疗设备股份有限公司	2	台	骨伤科	全保
132	磁振磁电治疗仪	郑州仁惠医疗科技股份有限公司	1	台	泌尿外科	全保
133	超声雾化器	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	1	台	泌尿外科	全保
134	电子体重秤	江苏苏宏	1	台	泌尿外科	全保
135	数字心电图机	纳龙	1	台	泌尿外科	全保
136	孔式手术无影灯	汕头市福利	3	台	泌尿外科	全保
137	乳房病灶旋切式活检系统	重庆西山	1	台	普外科	全保
138	生命体征监测仪	理邦	1	台	肾脾科	全保
139	心电图机	纳龙	1	台	肾脾科	全保
140	电子体重秤	江苏苏宏	1	台	肾脾科	全保
141	雾化器	鱼跃	13	台	心病科	全保
142	电子体重秤	苏宏	1	台	心病科	全保
143	生命体征监测仪	理邦	1	台	心病科	全保
144	数字式心电图机	纳龙	1	台	心病科	全保
145	双水平呼吸治疗仪	凯迪泰	1	台	心病科	全保
146	脑电图仪	上海诺诚电器	1	台	脑病科	全保
147	生命体征监测仪	理邦	1	台	脑病科	全保
148	肺功能测试系统(肺功能仪药物激发试验模块含主机系统)	CareFusionGermany 234GmbH	1	套	肺病科	全保
149	血气分析仪	理邦	1	台	肺病科	全保
150	振动排痰机	诺和	1	台	肺病科	全保
151	呼出一氧化碳分析仪	万联达	1	台	肺病科	全保
152	生命体征监测仪	理邦	1	台	肺病科	全保
153	立式冷藏列柜	海尔	1	台	肺病科	全保
154	电子体重秤	江苏苏宏	1	台	肺病科	全保
155	两煎常压煎药包装机	天津三延精密	3	台	中药房	全保

156	中药配方颗粒智能调剂设备	成都宇亨智能科技公司	1	台	中药房	全保
157	密闭煎药机	全新	2	台	中药房	全保
158	两煎常压煎药包装机	全新	3	台	中药房	全保
159	煎药包装机	天津三延精密	1	台	中药房	全保
160	电热恒温鼓风干燥箱	成都晟杰	1	台	制剂室	全保
161	超声波无纺布包装机	广州中凯	1	台	制剂室	全保
162	无油静音空气压缩机	小固哥	1	台	制剂室	全保
163	万能粉碎机	江阴万达	1	台	制剂室	全保
164	高效率粉碎机	温岭奥力	1	台	制剂室	全保
165	流水式粉碎机	瑞安永历	1	台	制剂室	全保
166	自动包装机	向阳华昌	1	台	制剂室	全保
167	智能分装机	全新	1	台	制剂室	全保
168	膏方浓缩机/膏方机	天津三延	1	台	制剂室	全保
169	自动报膏机	天津三延	1	台	制剂室	全保
170	中药制丸机	成都全新	1	台	制剂室	全保
171	旋转式压片机	云南晟道	1	台	制剂室	全保
172	粉剂全自动包装机	北京向阳华昌机械研发有限公司	1	台	制剂室	全保
173	数字式心电图机	纳龙	1	台	儿科	全保
174	小儿吸痰器	斯曼峰	1	台	儿科	全保
175	雾化器	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	21	台	儿科	全保
176	双水平呼吸治疗仪	凯迪泰	6	台	老年病科	全保
177	便携式肺功能仪	赛客厦门医疗器械股份有限公司	1	台	老年病科	全保
178	特定电磁波治疗仪	重庆蜀轩	4	台	老年病科	全保
179	电动吸引器	江苏鱼跃	1	台	老年病科	全保
180	特定电磁波治疗仪	重庆蜀轩	70	台	针灸科	全保

181	无针注射推进器	济宁市佳科	2	台	针灸科	全保
182	恒温蜡疗仪（含软件）	苏州好博	1	台	针灸科	全保
183	体外冲击波治疗仪	河南翔宇医疗设备股份有限公司	1	台	针灸科	全保
184	电子血压计	欧姆龙	1	台	针灸科	全保
185	电子针灸治疗仪	吴江市云龙	120	台	各科室	全保
186	各类手术器械	/	/	/	各科室	全保
设备数量合计：481 台/套						

2、消毒供应设备全保服务清单

序号	设备名称	生产厂家	总数量	单位	使用科室	维保类型
1	真空干燥柜	山东新华	1	台	供应室	全保
2	医用煮沸消毒器	山东新华	1	台	供应室	全保
3	医用空气压缩机	山东新华	1	台	供应室	全保
4	医用干燥柜	山东新华	1	台	供应室	全保
5	医用超声清洗机	山东新华	1	台	供应室	全保
6	腔镜清洗工作站	山东新华	1	台	供应室	全保
7	脉动真空灭菌器（MAST 脉动真空灭菌器）	山东新华	2	台	供应室	全保
8	快速式全自动清洗消毒器	山东新华	1	台	供应室	全保
9	环氧乙烷灭菌器	山东新华	1	台	供应室	全保
10	过氧化氢低温等离子灭菌器	山东新华	1	台	供应室	全保
11	过氧化氢低温等离子灭菌器	老肯医疗	1	台	供应室	全保
12	医用清洗器（医用煮沸槽）	山东新华	1	台	供应室	全保
13	脉动真空灭菌器	山东新华	2	台	供应室	全保
14	快速生物阅读器（蒸汽用）	3M	1	台	供应室	全保
15	医用干燥柜	白象新科技	1	台	供应室	全保
16	过氧化氢低温等离子灭菌器	老肯	1	台	供应室	全保

17	立式压力蒸汽灭菌器	江阴滨江	1	台	检验科	全保
18	立式压力蒸汽灭菌器	山东新华	1	台	检验科	全保
19	腕式电子血压计	江苏鱼跃	17	台	各科室	全保
设备数量合计：37 台/套						

3、生命急救类设备全保服务清单

序号	设备名称	生产厂家	总数量	单位	使用科室	维保类型
1	监护仪	迈瑞	336	台	各科室	全保
2	监护仪	理邦	5	台	各科室	全保
3	高端监护仪	(迈瑞)	13	台	ICU、手术室	全保
4	六通道注射泵	影迈	6	台	各科室	全保
5	注射泵四通道	东方诚益通	8	台	各科室	全保
6	注射泵双通道	东方诚益通	38	台	各科室	全保
7	输液泵	东方诚益通	48	台	各科室	全保
8	心电图机	(迈瑞)	4	台	急诊科	全保
9	双通道恒速输液泵	美瑞华	2	台	急诊科	全保
10	单道注射泵	迈瑞	6	台	急诊科	全保
11	十八导心电图机(负压救护车设备)	武汉中旗	3	台	急诊科	全保
12	除颤监护仪(负压救护车设备)	深圳迈瑞	6	台	急诊科	全保
13	急救车	华信高科	4	台	急诊科	全保
14	多道心电图机	上海光电医	2	台	急诊科	全保
15	心肺复苏机	上海三埃弗	1	台	急诊科	全保
16	便携式血气分析仪	深圳市理邦	1	台	急诊科	全保
17	单道注射泵	深圳市深科	4	台	急诊科	全保
18	便携式吸引器	上海宝佳	3	台	急诊科	全保
19	孔式手术灯(手术无影灯)	汕头	3	台	急诊科	全保

20	精密输液泵	广东汇特	6	台	ICU	全保
21	肠内营养泵	苏州泽德	7	台	ICU	全保
22	电子尿量计量仪	河南利诺	3	台	ICU	全保
23	无创脑血氧监测仪	中科搏康	1	台	ICU	全保
24	无创脑血氧监测仪(头戴)	中科搏康	1	台	ICU	全保
25	十二导联心电图机	上海光电医	2	台	ICU	全保
26	动态心电图记录仪	康泰	8	台	功能科	全保
27	十二导联心电图机	上海光电	4	台	功能科	全保
28	心电图机	理邦	1	台	功能科	全保
29	动态血压监护仪	康泰	12	台	功能科	全保
30	便携式血气分析仪	深圳市理邦	1	台	手术室	全保
31	12 道联心电图机	上海光电	1	台	心病科	全保
32	十二导联心电图机	光电	4	台	体检科	全保
33	双通道恒速输液泵	深科	1	台	肿瘤科	全保
34	介入诊疗手术台	玉林市好邦	1	台	皮肤科	全保
35	心电图机	(迈瑞)	1	台	肺病科	全保
设备数量合计：547 台/套						

4、康复、消毒类设备全保服务清单

序号	设备名称	生产厂家	总数量	单位	使用科室	维保类型
1	孔式手术灯（手术无影灯）	汕头	1	台	皮肤科	全保
2	语言障碍康复评估系统	河南翔宇	1	台	康复科	全保
3	吞咽神经和肌肉电刺激仪	河南翔宇	2	台	康复科	全保
4	神经和肌肉电刺激仪	苏州好博	1	台	康复科	全保
5	便携式数字化肌力测试仪	寰熙	1	台	康复科	全保
6	磁振热治疗仪	河南翔宇	3	台	康复科	全保

7	超声波治疗仪	河南翔宇	2	台	康复科	全保
8	智能熏蒸仪	杭州立鑫	5	台	康复科	全保
9	生物反馈神经功能重建	深圳科瑞康	1	台	康复科	全保
10	神经网络重建仪	深圳科瑞康	1	台	康复科	全保
11	温热中低频治疗仪	湖南医圣昌	3	台	康复科	全保
12	中频电疗仪（中低频治疗仪）	河南乐邦医	3	台	康复科	全保
13	空气压力循环治疗仪	常州思雅医	2	台	康复科	全保
14	智能熏蒸仪	杭州立鑫	5	台	康复科	全保
15	全自动体重身高测量仪	深圳双佳	2	台	体检科	全保
16	便携式肺功能仪	赛客厦门	1	台	体检科	全保
17	全自动电子血压计	欧姆龙大连	1	台	体检科	全保
18	电动气压止血带	新医疗器械	1	台	手术室	全保
19	调控恒温箱	福意联	1	台	手术室	全保
20	便携式血气分析仪	深圳市理邦	1	台	手术室	全保
21	震动排痰仪	普门	2	台	ICU	全保
22	空气压力波治疗仪	河南翔宇医	3	台	ICU	全保
23	体外振动排痰机	常州思雅	1	台	ICU	全保
24	空气压力循环治疗仪	常州思雅	6	台	ICU	全保
25	医用臭氧治疗机	鼎泰电子	2	台	妇科	全保
26	生物刺激反馈仪	南京麦澜德	3	台	妇科	全保
27	生物刺激反馈仪+盆底表面肌电分析及生物反馈训练系统	南京麦澜德	1	台	妇科	全保
28	康复治疗仪	广东三瑞	2	台	妇科	全保
29	空气波压力治疗仪	益康	2	台	妇科/骨科	全保
30	中药熏蒸机	立鑫	4	台	妇科	全保
31	空气波压力治疗仪	翔宇	1	台	肿瘤科	全保
32	空气压力波治疗仪	河南翔宇	1	台	骨科	全保

33	空气压力循环治疗仪	常州思雅	2	台	骨科	全保
34	医用臭氧治疗仪	鼎泰	1	台	骨科	全保
35	中频电疗仪	河南乐邦	5	台	骨科	全保
36	熏蒸治疗仪	立鑫	2	台	骨科	全保
37	智能反馈康复训练系统	河南翔宇	1	台	脑病科	全保
38	体外振动排痰机	常州思雅	1	台	脑病科	全保
39	温热式中频治疗仪	武汉康本龙	5	台	脑病科	全保
40	低频电子脉冲治疗仪	三瑞	1	台	脑病科	全保
41	平衡功能检测训练系统	康达	1	台	脑病科	全保
42	吞咽功能治疗仪	朗逸	1	台	脑病科	全保
43	熏药治疗仪	立鑫	4	台	脑病科	全保
44	熏蒸治疗机	翔宇	1	台	脑病科	全保
45	空气波压力治疗仪	翔宇	2	台	脑病科	全保
46	无针注射推进器	济宁佳科	2	台	针灸科	全保
47	微电脑腰椎牵引治疗仪	鑫诺	1	台	针灸科	全保
48	温热中低频治疗仪	武汉康本龙	14	台	针灸科	全保
49	电脑中频治疗仪	河南翔宇	2	台	针灸科	全保
50	内热式针灸治疗仪	济宁市佳科	2	台	针灸科	全保
51	中药智能熏蒸仪	杭州立鑫	8	台	针灸科	全保
52	磁振热治疗仪	翔宇	1	台	针灸科	全保
53	微量注射泵	深科	1	台	儿科	全保
54	熏蒸治疗机	翔宇	2	台	儿科	全保
55	多功能空气消毒机（移动式空气消毒机）	老肯	146	台	各科室	全保
56	床单位臭氧消毒机	老肯	12	台	各科室	全保
57	壁挂式医用空气消毒机	成都肯格王	4	台	各科室	全保
58	空气消毒机	利安达	11	台	各科室	全保

59	电子针灸治疗仪	吴江市云龙	120	台	各科室	全保
60	体外膈肌起搏器	雪利昂	25	台	胸外/肺病科/老年病科/脑病科	全保
61	药品冷藏柜	通用型	10	个	西药房	全保
62	毒麻药品柜	通用型	3	个	药房/手术室	全保
63	高压水枪	通用型	3	台	供应室	全保
64	高压气枪	通用型	7	台	供应室	全保
65	超纯水机	新华	1	套	供应室	全保
66	超纯水机	通力达	1	套	检验科	全保
67	纯水处理系统	泰迪康	1	套	内镜室	全保
设备数量合计：470 台/套						

5、病床类及其他设备全保服务清单

序号	设备名称	总数量	单位	总数量	维保类型
1	手摇式二折病床	600	张	各科室	全保
2	按摩床	59	张	各科室	全保
3	骨科牵引床	44	张	各科室	全保
4	检查床	30	张	各科室	全保
5	转运床/病人推车	17	台	各科室	全保
6	电动病床（ICU 专用床）	21	张	ICU	全保
7	多功能抢救床/手摇式三折病床（BC364M）	12	张	ICU/急诊科	全保
8	骨科牵引床牵引架	10	张	骨科	全保
9	不锈钢急救车	7	台	各科室	全保
10	药品冷藏柜	10	个	西药房	全保
11	医用转移车（手术对接车）	5	张	急诊科	全保

12	简易手术床	3	张	骨科/急诊科/ 泌尿外科	全保
13	颈腰椎多功能牵引床	2	张	康复科/骨科	全保
14	牵引床	36	张	骨科	全保
15	妇科检查床（BC644）	3	张	妇科	全保
16	毒麻药品柜	3	个	药房/手术室	全保
17	骨科电动液压手术床	2	张	手术室	全保
18	脊柱牵引床	2	张	康复科	全保
19	电动护理床	1	张	心病科	全保
20	电动手术床	1	张	手术室	全保
21	电动直立床	1	张	康复科	全保
22	妇科检查床	1	张	妇科	全保
23	手术床	1	张	纤支镜	全保
24	手术头架（常州市世兴）	1	台	手术室	全保
25	二氧化碳（除气瓶）	2	组	设备科	全保
26	无影灯	7	台	各科室	全保
设备数量合计：881 台/套					

二、维保服务要求

1、★本项目为整机全保维修服务，全保服务要求如下：服务期内，由中标供应商提供驻场服务，包含不限次数的现场上门维修维保、应急故障处理、日常巡检、定期保养及预防性维护等全流程服务。服务期内设备所需的所有零配件、耗材及与之相关的工时、交通等全部费用，均由中标供应商全额承担，医院无需支付任何额外费用。供应商需常备常见故障所需的常用零配件，保证故障时及时更换，大件零配件最迟不超过 72 小时到货，货到后 2 小时内到场解决故障。中标供应商须严格按照设备原厂技术标准及维护保养规程开展服务，确保设备始终处于良好稳定运行状态，最大限度保障设备使用效率与使用寿命。

2、档案管理：每年度维保计划（签订合同后首月 15 号前提交电子、纸质版），每月的巡检记录（完成后 10 日内，提交电子、纸质版），维保记录（完成后 15 日

内提交电子版、纸质版)

★3、预防性维护保养每年 2 次；定期设备巡检，按每月 1 次执行，保证设备处于最佳运行状态。

4、协助医院完成医疗设备定期盘存、报废、计量、固资管理等相关工作。

5、工作消防安全及人身安全要求：中标公司是消防安全、生产安全的第一责任人，按照相关管理制度及要求执行，如因中标公司原因造成医院的人生及财产损失由中标供应商承担

★6、工作纪律要求：驻场人员上班时按医院行政职能部门上下班时间执行，凡是违反医院上下班考勤及病事假制度的按考核细则执行。（考核细则详见附件）

7、每年根据医院需求提供至少一次日常操作和维护等相关知识进行专题培训，并提供培训记录，包括培训项目、培训目的、实施形式、培训对象、课件目录、授课人、签到表等。具体时间以采购人要求为准。

8、服务期内更换的所有零配件、耗材均须为全新原厂件或同品质全新正品件，严禁使用翻新件、拆机件、返修件及非合格配件。更换前须向医院提供对应配件的厂家资质、合格证明、供货来源等相关资料，经医院确认后方可更换。

9、设备年度有效开机率不低于 95%（按 365 天计算，因停电、市政配套、医院基建改造、不可抗力及非供应商原因造成的停机除外）。若年度开机率未达到约定标准，每低于标准 1 天，按以下方式执行扣款与赔偿：1. 扣除该台设备年度维保费用折算的当日维保费用；2. 同时按该台设备日均收入向医院支付赔偿金。计算公式：当日总扣款金额=该设备日均维保费用+该设备日均收入。所有费用均从年度维保费用中直接抵扣。

三、维保服务内容

★1、提供不限次数的人工技术服务，技术保包含设备故障的检测报告；提供生命急救类、病床类、康复消毒类设备服务清单中的整机全保，能满足设备正常使用，所含的常规配件及易损配件，维保已经在保的设备除外，以采购人实际设备情况为准；要求预防性维护保养内容：清洁保养、更换易损件、功能检查、性能测试校准，并提供定期维护保养报告；每次维保人员不得低于 4 人。

★2、安全检查按照厂家设备标准及当地规定执行（内容包含：系统性的检查和

精细保养，其中包括设备的安全检查、运行状态检查、设备校准、性能测试和调整、必要的机械或电气检查、非紧急性质的预防性维护以及设备清洁和确保系统能按照制造商的产品规格进行的其它维护)

3、定期维护保养包括：机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查、对设备重要数据进行备份、确保设备按照制造商产品标准运行。

四、维保技术团队要求

1、指定 2 位具有专业维修资格的工程师在设备管理部门驻点，接到报修后 10 分钟内响应并及时到达故障设备现场，周末及国家法定节假日安排值班人员，保证医院有工程师驻场。在不影响医院紧急维修工作的情况下，供应商可根据公司需要定期召回学习培训，提高服务能力；在召回前需要提出申请，经院方同意并安排相同服务能力人员完成工作交接后，方可进行召回培训；人员到院后严格按照我院的规章制度，按时上下班、值班、着装等要求执行。

2、所有维修项目，需提供设备维修报告，一式三份，临床、设备管理部门、乙方各一份。做好每台设备的维修记录

3、每年提供一次空气消毒机质控服务，包含；紫外线照度检测（检查紫外线消毒强度是否达标），功能性检测。出具紫外线强度检查报告。

4、保障服务设备每年开机率不低于 95%（按 365 天计算，非供应商原因除外），每超出一天，按扣除维保费用相应天数，同时按该台设备每月收入计算的日均收入赔偿医院，（即：超出天数*该设备日均收入=签约维保公司接受扣除费用金额）

5、维保公司维修过程中必须保证所保设备所有配件、设施的安全性，不能使故障范围扩大或造成不可挽回的损失。

五、维保服务考核要求

1、工作及安全要求

1.1 工作纪律要求：驻场人员上班时按医院行政职能部门上下班时间执行，凡是违反医院上下班考勤及病事假制度的按考核细则执行。（考核细则详见附件）

1.2 工作消防安全及个人安全要求：中标公司是消防安全、生产安全的第一责任人，按照相关管理制度及要求执行，如因中标公司原因造成医院的人身及财产损失

由中标供应商承担。

2、设备管理系统

(1) 供应商需具有一套医疗设备全生命周期管理系统，采购人通过该系统以信息化手段实现医院日常及设备的采购管理、资产管理、质量控制管理、维保维修管理、备件库管理等。系统可以提供远程升级，能协助大型设备使用评价分析（如：成本分析，效益分析，功能分析，质量管理评价分析等）；

六、考核表

1、服务期限：三年，合同一年一签，考核合格后续签下一年度合同。连续两个月考核不合格的按总成交金额 90%支付服务费用，累计考核 3 个月不合格的医院有权取消合同，服务商不得有异议。

2、考核表：

序号	具体考核内容	分数	扣分标准	扣分结果	备注
1	上班时间未按时签到，或者有特殊原因未请假，不得擅自离岗、脱岗	10分	查见一人次扣2分		
2	每月巡检定期保质保量完成并上交巡检记录。未定期完成的，按台件次及拖延时间计算，1台件次1分，拖延1天计1分。	10分	查见一次规定扣分		
3	工作日或节假日值班通讯工具未保持畅通，未及时回复报修（微信或电话回复超过30分钟）	10分	查见一次扣1分		
4	科室紧急维修未能及时到达，积极妥善处置严重影响科室医疗或造成科室负责人投诉的	10分	查见一次扣5分		
5	因维修维保业务不精，导致医疗设备损坏的（视情况按规定赔偿）	10分	查见一次扣2分		
6	每季度设备维保定期保质完成。维护保养（拆卸清洗、零部件加固更换等）相关工作并上交保养记录。按台件次及拖延时间计算，1台件次1分，拖延1天计1分。	10分	查见一次规定扣分		

7	报修群及时回复并及时到场处理（不超过 30 分钟到科室），如果确有其他更急的维修处理事件应及时做好沟通告知科室相关人员（或护士长）说明大约多久到场处理。未及时到场或未做有效沟通的	5 分	查见一次扣 1 分		
8	驻场工程师违反消防安全、生产安全操作的行为，情节严重的退回维保公司	5 分	查见一次扣 1 分		
9	需要寄回原厂（第三方）维修处理的医疗设备，未跟科室相关人员（或护士长）确认故障设备状态，或维修周期比较长的未跟科室管理人员沟通好维修周期或未备好备用设备器械的	10 分	查见一次扣 2 分		
10	未按要求每日巡查的急救设备、液氧站、空压机房、负压机房、二氧化碳机房、洗浆房等区域	10 分	每次扣 2 分		
11	未按时每月巡查生命急救设备，未按时交资料的	5 分	按拖延天数 1 天扣 1 分		
12	节假日未做好排班工作安排，影响临床一线工作的	5 分	查见一次扣 5 分		
合计					

★包五：医用气体系统全保服务

序号	服务内容	维保类型	备注
1	医用中心吸引系统维保、维修服务	全保	
2	医用压缩空气系统维保、维修服务	全保	
3	医用供氧系统维保、维修服务	全保	
4	病区管路、阀门、各终端等设施	全保	

一、设备清单（常规维保明细，保障医用气体系统的日常运行）

序号	名称	日常维护保养	深度保养	日常维护保养清单 (确保医气系统处于正常运行状态)	备注
		巡检频次 (月度)	保养频次 (年度)		
1	医用供氧系统	1	1	每日查看检查液氧罐周围是否存在消防安全, 调压设备是否正常, 汽化器是否泄漏等, 氧气输出压力是否达到临床使用要求, 管道与设备连接处是否松动、漏气	徐家渡液氧站、老区供氧站、氧气汇流排、二氧化碳供应站及以上相关管路、线路
2	医用中心吸引系统	1	2	中心吸引机组电机, 真空泵有无异响, 是否正常工作, 是否漏水, 排水管道是否畅通, 检查进水电磁阀是否开闭正常等; 控制柜是否正常工作, 细菌过滤器更换、水箱清洗、泵体杂质去除等深度保养项目	含负压机房、设备带及以上相关管路、线路(深度保养报价及明细详见附件2)
3	医用压缩空气系统	1	1	检查压缩机组、干燥机运行是否正常, 检查控制柜是否有电器老化线路有无松动, 仪表有无失效过期等。定期更换空压机润滑油、空压机油滤、空压机油分芯、空压机空滤等深度保养耗材	含空压机房及相关管路、线路(深度保养报价及明细详见附件3)
4	洁净手术部: 二氧化碳、笑气系统	1	1	检查汇流排是否有漏气现象, 高压软管是否老化, 耐压强度够不够, 需要更换的进行更换, 减压器是否工作正常, 有无增减压现象, 安全阀、电磁阀是否开闭正常、是否效验; 过滤器是否有堵塞, 截止阀是否有漏气、闭合不严等功能情况	徐家渡液氧站、老区笑气汇流排、二氧化碳供应站及以上相关管路、线路
5	病区管路、阀门、各终端等设施	1	/	/	包含但不限于病区各楼层管路、楼层总阀门、二级减压装置、流量计、压力监视报警、气体终端

二、服务要求

(一) 医用供氧系统维保服务技术要求

1. 用查漏剂查漏, 检查汇流排是否有漏气现象, 高压软管是否老化, 耐压

强度够不够，需要更换的进行更换。

2. 检查液氧罐周围是否存在消防安全，调压设备是否正常，汽化器是否泄漏等，氧气输出压力是否达到临床使用要求，管道与设备连接处是否松动、漏气；有漏气的予以立即处置。

3. 检查液氧罐安全阀是否年检？是否正常工作；如有异常的及时处置恢复正常使用。并按照不同设施检定检测要求定期效验。

4. 检查减压器是否工作正常，有无增减压现象，安全阀、电磁阀是否开闭正常、是否校验。

5. 过滤器是否有堵塞，截止阀是否有漏气、闭合不严；如有上述情况，及时处置恢复到正常使用状态。

6. 检查压力报警器是否正常工作，检查压力仪表是否精确，是否年检、校准及更换；

7. 用查漏剂全面查漏，需要维修的进行维修，需要更换的进行更换。

（二）病区相关设施设备

1. 检查各路管道上焊接口、阀门有无漏气及松动现象，焊接点有无松动氧化，用查漏剂逐点进行查漏，阀门松动进行修理，如需更换就进行更换，焊点氧化松动要二次焊接并做防锈处理。

2. 检查二级减压箱有无漏气现象，肥皂水查漏，检查减压器有无增减压现象，安全阀是否开闭正常，截止阀是否开闭正常，有无漏气，用查漏剂全面查漏，发现问题维修处理，需要更换进行更换。

3. 检查氧气流量计是否正常计量，电源插座供电是否正常，传感器是否堵塞，连接处是否漏气。

4. 检查病房维修阀、氧气终端、负压终端、压缩空气终端、二氧化碳终端、氮气终端、废气排放终端 开闭是否正常，用查漏剂查有无漏气现象，终端内弹簧是否疲劳，密封垫是否老化，出现问题进行维修或更换。

5. 检查铝合金设备带、装饰罩是否脱落、松动、破损、丢失，出现问题进行维修或更换。

6. 保证液氧站内所有压力表、安全阀、各种报警装置及液氧罐等需要做定期效验或检测的设施设备在有效期内。

（三）医用中心吸引系统

1. 检查负压机房内真空泵有无异响，是否正常工作，是否漏水，排水管道是否畅通，检查进水电磁阀是否开闭正常。

2. 检查负压控制柜是否正常工作，控制柜内电控元件有无老化、线路有无松动现象；

3. 检查负压吸引机房管路阀门、电磁阀是否开闭自如，有无泄漏；焊接处是否生锈，法兰垫有无老化。

4. 检查负压罐及排污罐有无积水，如出现以上问题进行维修和处理，需要更换进行更换。

5. 检查水箱是否损坏生锈，有无渗水情况。

6. 保证负压机房内所有压力表、安全阀、各种报警装置及负压罐等需要做定期效验或检测的设施设备在有效期内。

（四）医用压缩空气系统

1. 检查压缩空气机房内压缩机组有无异响，空气压力是否达到临床使用要求，是否漏气、漏油，如有异常的及时处置恢复到正常使用状态。

2. 检查控制柜是否正常工作，控制柜内电控元件有无老化、线路有无松动现象。

3. 检查空压机工作时间是否超过保养期限，保养报警系统是否正常提示。

4. 干燥机是否运行正常，常备的空气滤芯、油滤芯、空压油是否有库存，以上问题能维修解决的维修解决，需要更换的进行更换。

5. 检查压缩空气中心站管路阀门是否开闭自如，有无泄漏；焊接处是否生锈，法兰垫有无老化，检查空气储罐有无积水，如出现以上问题进行维修和处理，需要更换进行更换。

6. 保证空压机房内所有压力表、安全阀、各种报警装置等需要做定期效验或检测的设施设备在有效期内。

三、全保服务要求

1、本项目为整机全保维修服务。

2、全保服务要求：①无需供应商提供驻场服务，故障报修时及时响应，采用电话、微信、视频、远程指导方式指导解决故障，如上述方式无法解决的故障，必须在1小时内达到现场处理；②供应商需常备常见故障所需的常用零配件，保证故障时及

时更换，大件零配件最迟不超过 72 小时到货，货到后 2 小时内到场解决故障。③中标供应商提供不限次数的上门维修、应急故障处理、日常巡检、定期保养及预防性维护等全流程服务。④服务期内设备所需的所有零配件、耗材及与之相关的工时、交通等全部费用，均由中标供应商全额承担，医院无需支付任何额外费用。⑤中标供应商须严格按照设备原厂技术标准及维护保养规程开展服务，确保设备始终处于良好稳定运行状态，最大限度保障设备使用效率与使用寿命。

3、因检测不合格造成院感或医疗事故，医院有权追究相关责任。

4. 按照制定的维保服务内容实施定期巡检、维护保养及零配件更换，并出具一式两份巡检、维保记录存档备查。

5、培训院方人员，并能达到每周安全巡检各区域、发现问题的专业合格水平。必要时接受电话或视频处置、咨询等专业问题。

6、有完善的应急处置预案，保持电话通畅，必要时提供备用咨询电话，以备解决院方可能出现的应急问题。

7、制定完善的维保服务计划，能及时响应医院提出的维修维保服务需求，定期安排到院维保；如有需要到场处置的问题，应在 1 小时内到达现场提出解决方案并于 24 小时内解决问题，如遇紧急消防、安全相关情况，需半小时到场或远程视频协助解决问题。

四、考核表

1. 服务期限：三年，合同一年一签，考核合格后续签下一年度合同。连续两个月考核不合格的按总成交金额 90%支付服务费用，累计考核 3 个月不合格的医院有权取消合同，服务商不得有异议。

2. 考核表：

序号	具体考核内容	分数	扣分标准	扣分结果	备注
1	签订合同后 1 个月内提供设备全年维保计划及实施方案，未按时提供的扣 10 分	10 分	未提供扣 10 分		
2	每两个月巡检定期保质保量完成并上交巡检记录，未定期完成的。	10 分	查见一次扣 2 分		

3	工作日或节假日值班通讯工具未保持畅通，未及时回复报修或及时到场处理的（微信或电话回复超过30分钟）	10分	查见一次扣2分		
4	科室紧急维修未能及时处理，严重影响科室医疗或造成科室负责人投诉的	10分	查见一次扣2分		
5	因维修维保业务不精，导致医疗设备损坏的（视情况按规定赔偿）	10分	查见一次扣2分		
6	按原厂设备维保标准要求，开展年度保养相关工作并按时提交保养记录。保养时间以年度末最后12月20号为准。	10分	查见一次扣10分		
7	报修群及时回复并及时远程视频处理，必要时到现场处理。回复不超过30分钟，如需到现场时间以2小时为准。未及时到场或未做有效沟通的。	10分	查见一次扣2分		
8	维修工程师违反消防安全、生产安全操作的行为，情节严重的退回维保公司	10分	查见一次扣2分		
9	需要寄回原厂（第三方）维修处理的医疗设备，未跟科室相关人员（或护士长）确认故障设备状态，或维修周期比较长的未跟科室管理人员沟通好维修周期或未备好备用设备器械	10分	查见一次扣2分		
10	节假日未做好排班工作安排，影响临床一线工作的	10分	查见一次扣2分		
合计	得分：				

附件 2：报价格式

包二：层流设备全保服务			
序号	品名	间数	总价小写（万元/年）
1	手术室层流	7+1（备用）	
2	供应室	1	
3	ICU	1	
4	PCR 实验室	1	
5	肿瘤科	1	
6	洗浆房	1	
总价大写（万元）：_____；总价小写（万元）：_____			

包三：影像、镜子、呼吸麻醉类设备全保服务			
序号	品名	类别	总价小写（万元/年）
1	影像、镜子、呼吸麻醉类设备维修维保服务	影像设备全保服务	
		超声类设备全保服务	
		呼吸麻醉类设备全保服务	
		镜子类设备全保服务	
总价大写（万元）：_____；总价小写（万元）：_____			

包四：常规类等设备全保服务			
序号	品名	类别	总价小写（万元/年）
1	常规类等设 备维修维保 服务	常规类设备全保服务	
		消毒供应设备全保服务	
		生命急救类设备全保服务	
		康复、消毒类设备全保服务	
		病床类及其他设备全保服务	
总价大写（万元）：_____；总价小写（万元）：_____			

包五：医用气体系统全保服务			
序号	服务内容	维保类型	备注
1	医用中心吸引系统维保、维修服务	全保	
2	医用压缩空气系统维保、维修服务	全保	
3	医用供氧系统维保、维修服务	全保	
4	病区管路、阀门、各终端等设施	全保	
总价大写（万元）：_____；总价小写（万元）：_____			

备注：报价表按分包整体报价不可修改原有报价表。报价合计总价在列表末汇总，报价单须单独密封。

附件 3：报名登记表

报名登记表

*报名项目名称（包号）	成都市新津区中医医院 2026 年医疗设备全保服务采购项目询预算价（包 X）		
*报名单位/个人名称 (统一社会信用代码/税号)	（盖章）		
*单位 / 个人地址			
单位电话			
*经办联系人		*手机	
邮 箱			
备 注			

采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱 845865477@qq.com

注：提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照正、副本复印件（3）法人和授权委托人证明文件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上 3 项资料盖章资料一并递交，此 3 项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。